



ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА - ИИМЕС

INSTITUTE OF MEAT HYGIENE AND TECHNOLOGY



Naš broj: 2467

Kačanskog 13  
11000 Beograd  
Pošt. fah 33-49  
PIB 100265676  
Republika Srbija

Telefon: (381) (11) 2650 - 655  
Direktor: (381) (11) 2650 - 722  
Telefax: (381) (11) 2651 - 825  
E-mail: [institut@inmes.rs](mailto:institut@inmes.rs)  
[www.inmes.rs](http://www.inmes.rs)

BEOGRAD, 21.07.2017.

**PREDMET: ODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA JN 8/2017 LC/MS/MS  
Tečni hromatograf sa tripl kvadropolnim masenim detektorom 2 komada**

Poštovani,

U vezi vašeg pitanja "da li ćete prihvatiti ponudu ukoliko Vam ponudimo sistem koji ima preciznost protoka manju ili jednaku od 0,075%RSD?"

U ime Instituta za higijenu i tehnologiju mesa obaveštavamo Vas od sledećem:

„Sistem koji ima preciznost protoka manju ili jednaku 0.075%RSD odgovara tehničkim zahtevima ove javne nabavke.

- Tehnička specifikacija na strani 12 konkursne dokumentacije Prijavni obrazac (1) Tehničke karakteristike za javnu nabavku dobara – LC/MS/MS Tečni hromatograf sa tripl kvadropolnim masenim detektorom-komada 2 (dva), redni broj JN 8/2017 menja se i glasi;

**Preciznost protoka:  $\leq 0.075\%RSD$**

Navedene izmene i dopune čine sastavni deo konkursne dokumentacije i objavljuju se na Portalu Uprave za javne nabavke i web sajtu Instituta za higijenu i tehnologiju mesa.

S poštovanjem,



DIREKTOR INSTITUTA  
ZA HIGIJENU I  
TEHNOLOGIJU MESA

Dr Vesna Đorđević, spec.