



ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА - ИНМЕС

INSTITUTE OF MEAT HYGIENE AND TECHNOLOGY



Naš broj: 2578

Kačanskog 13  
11000 Beograd  
Pošt. fah 33-49  
PIB 100265676  
Republika Srbija

Telefon: (381) (11) 2650 - 655  
Direktor: (381) (11) 2650 - 722  
Telefax: (381) (11) 2651 - 825  
E-mail: [institut@inmes.rs](mailto:institut@inmes.rs)  
[www.inmes.rs](http://www.inmes.rs)

BEOGRAD, 04.08.2017.

**PREDMET: ODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA JN 8/2017 LC/MS/MS  
Tečni hromatograf sa tripl kvadropolnim masenim detektorom 2 komada**

Poštovani,

U vezi Vašeg pitanja "Molimo vas da pojasnite karakteristiku "minimum binarna" obzirom da je zahtevano da se ponudi pumpa koja može da meša istovremeno 4 mobilne faza na niskom pritisku (što je glavna odlika kvaternarnih pumpi) dok binarna pumpa vrši mešanje pri visokom pritisku, pretpostavljamo da je kvaternarna pumpa koja vrši mešanje pri niskom pritisku prihvatljiva, molimo Vas da potvrdite."

U ime Instituta za higijenu i tehnologiju mesa obaveštavamo Vas o sledećem:

„Prihvatljiva je kvaternarna pumpa koja vrši mešanje 4 mobilne faza pri niskom pritisku“.

Navedene izmene i dopune čine sastavni deo konkursne dokumentacije i objavljuju se na Portalu Uprave za javne nabavke i web sajtu Instituta za higijenu i tehnologiju mesa.

S poštovanjem,

DIREKTOR INSTITUTA ZA HIGIJENU I  
TEHNOLOGIJU MESA  
BEOGRAD  
Dr Vesna Đorđević, spec.