



ИНСТИТУТ ЗА ХИГИЈЕНУ И ТЕХНОЛОГИЈУ МЕСА - ИИМЕС

INSTITUTE OF MEAT HYGIENE AND TECHNOLOGY

Naš broj: 2579

Kačanskog 13
11000 Beograd
Pošt. fah 33-49
PIB 100265676
Republika Srbija

Telefon: (381) (11) 2650 - 655
Direktor: (381) (11) 2650 - 722
Telefax: (381) (11) 2651 - 825
E-mail: institut@inmes.rs
www.inmes.rs



BEOGRAD, 04.08.2017.

**PREDMET: ODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA JN 8/2017 LC/MS/MS
Tečni hromatograf sa tripl kvadropolnim masenim detektorom 2 komada**

Poštovani,

U vezi Vašeg pitanja: "Molimo vas da nam pojasnite dizajn autosamplera.

Zahtevano je:

Dizajn autosamplera	Konstantno ispiranje autosamplera mobilnom fazom
---------------------	--

Molimo vas da nam detaljnije pojasnite na šta ste tačno mislili."

U ime Instituta za higijenu i tehnologiju mesa obaveštavamo Vas o sledećem:

„Flow-through design“ – mobilna faza tokom hromatografisanja konstantno prolazi kroz iglu autosamplera“.

Navedene izmene i dopune čine sastavni deo konkursne dokumentacije i objavljuju se na Portalu Uprave za javne nabavke i web sajtu Instituta za higijenu i tehnologiju mesa.

S poštovanjem,



DIREKTOR INSTITUTA ZA HIGIJENU I
TEHNOLOGIJU MESA

Dr Vesna Đorđević, spec.